

**Anexo 2.** Formulario para cuantificar las deficiencias de los carros de paro.

	Deficiencias		
	Leves	Graves	Muy graves
1.- Ausencia de accesibilidad		Ausencia de tabla rígida para reanimación	Laringoscopio no funcional o ausente
2.- Ausencia de ruedas para su desplazamiento		Ausencia de pinzas de Magyll	Ausencia de tubos endotraqueales
3.- Ausencia de lista de control para revisión de contenido		Ausencia de bolsa reservorio de oxígeno para Ambú	Ambú no funcional o ausente
4.- Ausencia de guía de intubación		Ausencia de conexión de oxígeno para Ambú	Ausencia de mascarilla facial de ventilación.
5.- Ausencia de gel conductor		Ausencia de sonda de aspiración	Ausencia de adrenalina
6.- Ausencia de electrodos de monitorización		Ausencia de catéteres venosos periféricos	Ausencia de atropina
7.- Ausencia de tela adhesiva y gasas		Ausencia de cánulas de Guedell	Ausencia de amiodarona
8.- Ausencia de sistema de infusión venoclisis		Ausencia de jeringas y agujas	Monitor desfibrilador no funcional o ausentes
9.- Ausencia de cristaloides y coloides		Monitor desfibrilador no conectado a la red eléctrica	
10.- Ausencia de guantes			
Cantidad:	_____	_____	_____